ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-526	PS/MBF/127456

PRODUCTO
Sistema de fijación ZipTight, Acute AC Joint Implant, Single Ziploop.
Referencia 904834, UDI: (01)00880304478404(17)290130(10)0002587666

FINALIDAD PREVISTA
Indicado para intervenciones de fijación de tejido blando a hueso.

Nº LOTE
0002587666

FABRICANTE
Biomet Sports Medicine, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Zimmer Biomet Spain S.L.U. C/Metalurgia, 32-34, 08038 Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 0002587666 del sistema de fijación ZipTightAcute AC Joint Implant, Single Ziploop, debido a la posibilidad de que falte el botón ranurado de ensamblaje en el empaquetado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: PK8FSDHD7M7JTWZ36D5F**
Fecha de la firma: 13/10/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89