ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-529	PS/MJF/127547

PRODUCTO
Monitor de paciente Philips 6500. Referencia 867315. UDI (01)00884838107809(21).

FINALIDAD PREVISTA
Monitorización, registro y generación de alarmas de múltiples parámetros fisiológicos de pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

FABRICANTE
Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A; Calle de María de Portugal, 1. 28050 Hortaleza, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el monitor de paciente Philips 6500, referencia 867315, debido a la posibilidad de que la pantalla táctil no responda a las acciones del usuario y sea necesario reiniciar el monitor para recuperar la funcionalidad táctil.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: GRSSHWLY4XKSC51SPC17**
Fecha de la firma: 16/10/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89