ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-530	PS/AVG/121721

PRODUCTO
Bomba de infusión CADD-SOLIS VIP, MDL 2120, CE SPANISH. Número de artículo: 21-2120-0103-08.

Nº SERIE
1029393

FABRICANTE
ICU Medical Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Smiths Medical España, SRL. Avenida Diagonal 635, 08028, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas bombas de infusión CADD-Solis VIP, debido a la posibilidad de que el número de modelo que aparece en la etiqueta trasera sea incorrecto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.