

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2025-532	PS/PL/127616
PRODUCTO Implante Neodent GM Helix, Ti, 4.0X13, número de artículo 109.985. UDI-DI: 7899878024569.	
FINALIDAD PREVISTA El sistema de implantes Neodent está destinado a ser colocado quirúrgicamente en el hueso del maxilar superior o inferior para proporcionar soporte a dispositivos protésicos, como dientes artificiales, con el fin de restaurar la función masticatoria.	
Nº LOTE JPZ75.	
FABRICANTE JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A., Brasil.	
DISTRIBUIDOR Manohay Dental S.A., Calle Alcalá 544, 28027 Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado del número de lote JPZ75 del implante Neodent GM Helix 4.0x13, debido que el empaquetado esté mal etiquetado y contenga un implante de 11,5 mm en lugar de uno de 13 mm.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

