ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-542	PS/AVG/127823

PRODUCTO

Bio-Rad Genie Fast HIV 1/2. Números de modelo:

- 72327. UDI-DI: 03610520015124.
- 72330. UDI-DI: 03610520009598.

FINALIDAD PREVISTA

Ensayo inmunocromatográfico rápido para la detección cualitativa de anticuerpos anti-VIH-1 y anti-VIH-2 en muestras humanas de sangre total venosa, sangre total capilar, suero o plasma.

Nº LOTE

Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Bio-Rad, Francia.

DISTRIBUIDOR

Bio-Rad Laboratories S.A. Edificio Gorbea 4, pl.1, Avenida Bruselas, 20, 28108, Alcobendas, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados test de VIH Bio-Rad Genie Fast HIV 1/2, debido una reducción de 18 a 15 meses en la fecha de caducidad ya que se podrían obtener resultados falsos negativos por una reducción de la intensidad de las bandas después de los 15 meses de vida útil.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.