MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-549	PS/MBF/127971
PRODUCTO LIAISON C. difficile Toxins A&B, Referencia: 318900, UDI: 08056771600477.	
FINALIDAD PREVISTA Determinación cualitativa de toxinas A y B de *Clostridium difficile* en heces humanas.	
Nº LOTE 137454	
FABRICANTE Diasorin Inc., Estados Unidos	
DISTRIBUIDOR Diasorin Iberia S.A. C/Anabel Segura, 14 Edificio CEDRO 2ª planta módulo D 28108 Alcobendas	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con el lote 137454 del ensayo LIAISON C. difficile Toxins A&B debido a la posible obtención de falsos positivos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: PQWM27A66NM5H2Q4FFF7**
Fecha de la firma: 24/10/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89