ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-551	PS/EML/127569

PRODUCTO
NuuboREC. Referencia: 1962.

FINALIDAD PREVISTA
Monitorizar electrocardiogramas (ECG) ambulatorios.

FABRICANTE
Smart Solutions Technologies S.L., España.

DISTRIBUIDOR
Smart Solutions Technologies S.L, Parque Empresarial Táctica, C/ Velluters 1, nave 5, Valencia.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y retirada del mercado del dispositivo NuuboREC, referencia: 1962, debido a la posibilidad de que se produzca un sobrecalentamiento en la interfaz USB (enchufe del cable y conector de la grabadora) por un aumento en la resistencia de contacto por desgaste, holgura o contaminación tras ciclos repetidos de conexión y desconexión.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.