MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-564	PS/PRV/128240

PRODUCTO
Analizador de electrolitos 9180, cuando se utiliza con el Electrodo de referencia 9180 de Diamond Diagnostics, referencia 09969772001.

FINALIDAD PREVISTA
Analizador para la medición de distintos tipos de iones (Na, K, Cl, Li, Ca) en suero, plasma, sangre total, orina o dializados.

FABRICANTE
Roche Diagnostics GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Roche Diagnostics SL. Avenida Generalitat 171-173, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con el Analizador de electrolitos 9180, cuando se usa con el electrodo de referencia 9180 de Diamond Diagnostics, referencia 09969772001, debido a la posibilidad de que se obtengan resultados de sodio discrepantes.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: BDDDDFCKRRBGAL6J6731**
Fecha de la firma: 30/10/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89