ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-576	PS/SSP/128094

PRODUCTO
Sistema de compresión secuencial Kendall SCD 700.
Ver descripción, código de producto y UDI de los productos afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
El sistema de compresión secuencial Kendall SCD 700 está diseñado para aplicar compresión neumática intermitente con el fin de aumentar el flujo sanguíneo venoso en pacientes con riesgo, ayudando así a prevenir la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar.

FABRICANTE
Cardinal Health 200, LLC. Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
Cardinal Health Spain 511 S.L; C/ Príncipe de Vergara 131. 28002 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de compresión secuencial Kendall SCD 700, debido a posibles riesgos de seguridad cuando se utiliza con cables de alimentación que no son de fabricantes de equipos originales (no OEM).

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: PRQL1MLG98ARBX68T5FA**
Fecha de la firma: 05/11/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89