DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-587	PS/VBR/128416

PRODUCTO
Taponamiento hemostático uterino CELOX PPH. Modelo: FG08838281. UDI-DI: 15060206631486.

FINALIDAD PREVISTA
Apósito hemostático para el control de la hemorragia postparto en casos de emergencia.

FABRICANTE
Medtrade Products Ltd., Reino Unido.

DISTRIBUIDOR
Adaro Tecnología S.A., Parque Científico Tecnológico, C/Jimena Fernán de la Vega 38, 33203, Gijón.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso del taponamiento hemostático uterino CELOX PPH, modelo FG08838281, debido a la posibilidad de que se produzcan trastornos transitorios de la visión y la audición.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: A6LT8FYGG91J625N3CA8**
Fecha de la firma: 13/11/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89