

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-592	REFERENCIA PS/PL/128754
PRODUCTO Stents ureterales Inlay Optima. Ver código de producto y UDI de los productos afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Los stents ureterales se utilizan para restablecer o mantener la permeabilidad del uréter.	
Nº LOTE Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE C.R. Bard, Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR PALEX MEDICAL S.A, CAMÍ DEL MIG 57-61, 08940 Cornellà de Llobregat.	
ASUNTO Cese de utilización de determinados stents ureterales Inlay Optima debido a que en la etiqueta de la bolsa del producto se indica un tamaño incorrecto.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> Nota de aviso empresa 	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](https://notifica.aemps.es). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

