ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-594	PS/RJC/128061

PRODUCTO

- Digital Radiography System RADspeed safire
- Digital Radiography System RADspeed Pro
- CEILING TYPE X-RAY TUBE SUPPORT CH-200
- CEILING TYPE X-RAY TUBE SUPPORT CH-200M

Ver modelos y números de serie afectados en la tabla 1 de la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA

Sistema digital de rayos X.

FABRICANTE

Shimadzu Corporation, Japón.

DISTRIBUIDOR

Sakura Productos Hospitalarios S.A., Calle Fuentelviejo, 55, 28022 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinaos números de serie de los sistemas Digital Radiography System RADspeed safire y Digital Radiography System RADspeed Pro con suspensiones de tubo de rayos X montadas en el techo (modelo CH-200), debido a que el eje de montaje de la unidad del tubo de rayos X en el soporte podría romperse.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.