MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2025-598 | PS/RJC/128628 |

**PRODUCTO**

- Superficie de terapia Accella.
  - Código de producto: P006789A. UDI-DI: 00887761978331
  - Código de producto: P006792A. UDI-DI: 00887761978409
  - Código de producto: P006793A. UDI-DI: 00887761978362
  - Código de producto: P006788A. UDI-DI: 00887761978355
- Piezas de repuesto de la superficie de terapia de aire Accella.
- Piezas de repuesto asociadas con la estructura Progressa.

**FINALIDAD PREVISTA**

Ayudar en la prevención y el tratamiento de las úlceras por presión.

**Nº SERIE**

- Superficie de terapia Accella. Todos los números de serie comprendidos entre el HRPM10022464 y el HRPM10029270.
- Piezas de repuesto de la superficie de terapia de aire Accella. Ver números de serie afectados en el Anexo A de la nota de aviso.
- Piezas de repuesto asociadas con la estructura Progressa. Ver números de serie afectados en el Anexo A de la nota de aviso.

**FABRICANTE**

Hill-Rom S.A.S., Francia.

**DISTRIBUIDOR**

Hill Rom Iberia SLU. Avda. de Europa, 4, 2ª planta - edf. Bruselas, 28188, Alcobendas, Madrid.

**ASUNTO**

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de serie de la superficie de terapia Accela y de las piezas de repuesto de la superficie de terapia de aire Accella y de la estructura Progressa debido a posibles grietas en la caja que pueden causar fugas de aire.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)** **CSV: R99M35B5WXSHTKDYP0AE**
**Fecha de la firma: 17/11/2025**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89