ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-599	PS/SSP/129070

PRODUCTO
Access2 Recipientes de Reacción (RV). Referencia 819001. UDI 15099590180249.

FINALIDAD PREVISTA
Recipientes que proporcionan un entorno controlado y adecuado para realizar reacciones químicas o bioquímicas en equipos de laboratorio.

Nº LOTE
Ver números de lotes afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Beckman Coulter, Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
- Beckman Coulter S.L.U.Torre Realia, Plaza Europa 41-43, 4th Floor, 08908 L'Hospitalet De Llobregat, Barcelona.
- Beckman Coulter S.L.U. Calle de Valgrande 8, 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización de determinados lotes del producto Access2 Recipientes de Reacción debido a que podrían estar deformados y provocar una serie de errores en el instrumento que lo pondrían en modo “no listo” y se retrasaría el procesamiento de las muestras.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.