ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-602	PS/SSP/128521

PRODUCTO
Módulo alicuotador X (mALX)

FINALIDAD PREVISTA
Automatizar la preparación de alícuotas de muestras, de forma eficiente, rápida, con alta trazabilidad y sin comprometer la calidad de la muestra ni diluirla.

VERSION HARDWARE
FLX-217-40

FABRICANTE
Inpeco S.A, Suiza.

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Ronda de Europa, 5. Tres Cantos, Madrid, 28760.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el módulo alicuotador X debido a la posibilidad de que los tubos secundarios queden sin etiquetar o con etiquetas cuya información sea incorrecta.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.