DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2025-600 | PS/TS/128113 |

**PRODUCTO**

Ecógrafos LOGIQ P9 y P10:

- Ecógrafo LOGIQ P9 R4.5, referencia 5877533
- Ecógrafo LOGIQ P10 R4.5, referencia 5877534
- Ecógrafo LOGIQ P10 R4.5 HD, referencia 5877535

**VERSION SOFTWARE**

R4.5.7

**FABRICANTE**

GE Ultrasound Korea Ldt., Corea.

**DISTRIBUIDOR**

General Electric Healthcare España. S.A.U. C/ Gobelas, 35 28023 Madrid.

**ASUNTO**

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados ecógrafos LOGIQ P9 y P10, debido a que los datos de medición del Parámetro de atenuación guiado por ultrasonidos (UGAP por sus siglas en inglés) podrían mostrar valores inexactos.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)** **CSV: NP5QREV9MSD81NL2TBB5**
**Fecha de la firma: 17/11/2025**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89