# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2025-606 | PS/SSP/129236 |
| **PRODUCTO**<br>CombiSet Angiografía Vascular C P2 CPT. Referencia 2368852 | |
| **Nº LOTE**<br>400344292 y 400449294 | |
| **FABRICANTE**<br>PAUL HARTMANN AG, Alemania. | |
| **DISTRIBUIDOR**<br>Laboratorios HARTMANN S.A. Carrasco i Formiguera, 48, 08302 Mataró (Barcelona) | |
| **ASUNTO**<br>Retirada del mercado de los lotes 400344292 y 400449294 del CombiSet Angiografía vascular C P2 CPT, debido a que incluyen jeringuillas que podrían estar contaminadas o contener partículas no detectables. | |
| **DOCUMENTOS ADJUNTOS:**<br>• Nota de aviso empresa | |

notificaPS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.