ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-607	PS/AVG/129409
PRODUCTO Tubo de aspiración Riptide. Número de modelo: MAT-110-110.	
Nº LOTE 442711, 442715.	
FABRICANTE Micro Therapeutics, Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR Medtronic Ibérica S.A.U. Calle María de Portugal, 11, 28050, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con los lotes 442711 y 442715 de los tubos de aspiración Riptide, debido a un error en la fecha de caducidad indicada en el etiquetado.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa.	

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: Z83AHH3W8HSPFBR1S375**
Fecha de la firma: 21/11/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es