ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-617	PS/PRV/128698

PRODUCTO
Sistema portátil de ultrasonidos Lumify.

FABRICANTE
Philips Medical Systems Nederland B.V., Países Bajos.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, S.A.U. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el sistema de ultrasonidos Lumify, debido a que es incompatible con los dispositivos Apple que tienen conector USB-C y funcionan con el sistema operativo iOS 18, lo que puede provocar un fallo en la adquisición de imágenes en vivo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.