ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-625	PS/MAM/129189

PRODUCTO
Sistema de monitorización central BeneVision/HYPERVISOR X configurados con ordenadores de sobremesa HP Pro Mini 400 G9 (controlador de audio Realtek HD, versión: 6.0.9484.1)

FINALIDAD PREVISTA
Vigilar a los pacientes continuamente en tiempo real, permitiendo un acceso remoto a los datos desde ordenadores o tabletas y ofreciendo herramientas de gestión de alarmas inteligentes para mejorar la eficacia clínica y la seguridad del paciente.

Nº SERIE
Ver números de serie de los ordenadores afectados en el apéndice 1 de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. China.

DISTRIBUIDOR
MINDRAY MEDICAL ESPAÑA S.L Calle San Rafael, 1. Edificio Europa III. 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de monitorización central BeneVision/Hypervisor X configurados con ordenadores de sobremesa HP Pro Mini 400 G9 y controlador de audio Realtek HD, versión: 6.0.9484.1, debido a la posibilidad de que puedan experimentar fallos en la reproducción de audio o congelación de la pantalla.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.