MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-618	PS/PRV/128938

PRODUCTO

Componentes del sistema NICO Myriad:

- Pieza de mano NICO Myriad.
- Paquete de iluminación NICO Myriad.
- NICO BrainPath.

Ver referencias y números de lote afectados en el anexo A de la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA

El sistema NICO Myriad está formado por instrumentos eléctricos quirúrgicos que constan de una consola, piezas y accesorios previstos para realizar la resección y extracción de líquidos y tejidos blandos bajo visualización directa.

FABRICANTE

NICO CORP, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Stryker Iberia, S.L. C/ Sepúlveda, 17. 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con determinadas referencias y números de lote de las piezas de mano NICO Myriad, el paquete de iluminación NICO Myriad y el NICO BrainPath, debido a la posibilidad de que la cinta utilizada para fijar los componentes NICO dentro del envase contenga látex, aunque los productos están etiquetados como libres de látex.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 353RABKVNADK5JLCE150**
Fecha de la firma: 26/11/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89