ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-628	PS/MJF/126565

PRODUCTO
Sistemas de medicina nuclear de GE HealthCare: Elscint, Maxicam, Millenium, Optima NX, Sopha Medical Vision (SMV) y Starcam/Camstar.
Ver productos afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
GE Medical Systems Israel, Functional Imaging, Israel.

DISTRIBUIDOR
General Electric Healthcare España, SAU; C/Gobelas, 35-37. 28023, Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización de determinados sistemas de medicina nuclear Elscint, Maxicam, Millenium, Optima NX, Sopha Medical Vision (SMV) y Starcam/Camstar, debido a que podrían haber sido transportados o reubicados sin el soporte del detector adecuado, lo que podría comprometer su integridad y en consecuencia provocar la caída del detector.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: AHBXBSX15Z6VPKYFN8DE**
Fecha de la firma: 01/12/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89