MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-627	PS/SSP/129641

PRODUCTO

- Jeringa con codificación por colores, 10ml, LL, policarbonato, roja. Número de producto: 10301200
- Jeringa con codificación por colores, 10ml, LL, policarbonato, azul. Número de producto: 10301400

Incluidas en los equipos para procedimientos estériles de Medline.

Nº LOTE

P2342004 y P2416002.

FABRICANTE

Medline International France SAS, Francia.

DISTRIBUIDOR

Medline International Iberia S.L.U. Parque Empresarial San Fernando. Edificio Munich, Planta Baja, local B. Avenida de Castilla, 2. 28830 San Fernando de Henares (Madrid).

ASUNTO

Cese de utilización de los lotes P2342004 y P2416002 de las jeringas con codificación por colores rojas y/o azules incluidas en los equipos para procedimientos estériles de Medline, debido a que podrían estar contaminadas con partículas no detectables.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: V5Y22NLW333EZ9WLADF2**
Fecha de la firma: 01/12/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89