MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-632	PS/RJC/129791

PRODUCTO

- DECALCIFIER DC1 Slow-acting Q PATH. Referencia: 11028303.
- FORMALIN 10% BUFFERED Q PATH CUBITAINER. Referencia: 11699408.

FINALIDAD PREVISTA

Decalcifier DC1 Slow-acting Q Path: Descalcificador que actúa lentamente para examinar muestras extraídas del cuerpo humano.
Formalin 10% buffered Q Path: Fijador tisular que permite el transporte y la conservación de las muestras.

N^{OS} LOTE

- Referencia: 11028303. Lote: 250811C001.
- Referencia: 11699408. Lotes: 250717C001, 250717C002, 250723C001, 250912C001.

FABRICANTE

VWR INTERNATIONAL SAS, Francia.

DISTRIBUIDOR

VWR International Eurolab, S.L.U. C/ De la Tecnología, 5-17. A-7 Llinars Park, 08450 Llinars del Vallès, Barcelona.

ASUNTO

Cese de utilización de determinados lotes de los reativos Decalcifier DC1 Slow-acting Q Path con referencia 11028303 y Formalin 10% buffered Q Path cubitainer con referencia 11699408, debido a que pueden presentar material de embalaje defectuoso y ocasionar fugas del producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: FATWYF2FFDQWQMBDNDCB**
Fecha de la firma: 04/12/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89