ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-637	PS/VBR/129581

PRODUCTO
Laerdal Compact Suction Unit 4, versión RTCA (LCSU 4 – RTCA).
Ver números de catálogo, UDI-DI y números de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Sistema de succión de limpieza de las vías respiratorias de emergencia.

FABRICANTE
Laerdal Medical AS, Noruega.

DISTRIBUIDOR
Laerdal España SL. Calle Teide, 3 Bajo. Polígono Industrial Los Alamillos, 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización de determinados números de serie del sistema Laerdal Compact Suction Unit 4, versión RTCA, debido a la posibilidad de que emitan ruido electromagnético por encima de los límites especificados en el capítulo 21 de la norma RTCA DO-160G, categoría de equipos M.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.