MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-640	PS/AVG/129991

PRODUCTOS

- Bomba de infusión BD neXus V700. Número de catálogo: V700-00. UDI-DI: 06926802608784. Versión de software: Programa UI (neXus V700 V2.7.0.0110)

- Bomba de jeringa BD neXus S700. Número de catálogo: S700-00. UDI-DI: 06926802608753. Versión de software: Programa UI (neXus S700 V1.10.0.0099)

FABRICANTE

MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD., China.

DISTRIBUIDOR

Becton Dickinson España S.A.U. Camino de Valdeoliva s/n 28750, San Agustín de Guadalix, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas bombas de infusión y bombas de jeringa BD neXus, debido a la posibilidad de reinicio o apagado inesperado en modo Guardrails, lo que podría interrumpir la terapia sin generar una alarma de alta prioridad.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: T47WPG2B6KG9QBHGWFC8**
Fecha de la firma: 11/12/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es