MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-642	PS/EML/129585

PRODUCTOS

- Molift Mover 205
- Molift Mover 300
- Perchas de 2 puntos Molift
- Perchas de 4 puntos Molift

Ver números de artículo y números de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA

Grúa móvil pensada para elevar y trasladar a un paciente de/a una cama, suelo, silla de ruedas o el WC con la ayuda de una cincha.

FABRICANTE

Etac A/S, Dinamarca.

DISTRIBUIDOR

Karinter 94 S.L, C/Gaiá 41, nave 4, 08110 Montcada i Reixac, Barcelona.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de serie de las grúas de pacientes Molift Mover 205, Molift Mover 300 y perchas Molift de 2 y 4 puntos, debido a una posible deformación de los materiales implicados entre la barra de elevación y el brazo Molift Mover que puede provocar una movilidad limitada en la articulación, impidiendo el correcto funcionamiento del equipo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: J5L5CXVPL8JTZVLRYD58**
Fecha de la firma: 11/12/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es