MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-649	PS/MJF/129749

PRODUCTO
Sistemas Philips Incisive CT y CT 5300
Ver números de referencia, modelo y UDI afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Sistemas de rayos X para tomografía computarizada diseñado para producir imágenes del cuerpo y cabeza.

FABRICANTE
Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd. China.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A. Calle de María de Portugal, 1. 28050 Hortaleza, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas Philips Incisive CT y CT 5300, debido a la posibilidad de que el movimiento motorizado de la mesa se detenga inesperadamente durante una exploración, lo que podría dejarla incompleta.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 3X999WVTS8BQKD68359C**
Fecha de la firma: 16/12/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89