ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-653	PS/PL/129798

PRODUCTO
Monitores Tempus Pro con presión arterial invasiva (IBP) activado en el dispositivo o con un módulo USB externo de IBP con 2 canales.
Ver referencias de los productos afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Monitorización atendida o desatendida de signos vitales individuales o múltiples en aplicaciones de atención clínica y prehospitalaria.

FABRICANTE
Remote Diagnostic Technologies Ltd., Reino Unido.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A.U., Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados monitores Tempus Pro, debido a la posibilidad de que las medidas de presión intracraneal (ICP) y presión vesical (BDR) sean inexactas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.