ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-657	PS/MBF/130258

PRODUCTO
Kit Asserachrom HPIA, referencia 00615
UDI (01)03607450006155(11)240531(17)260531(10)271288(241)00615

FINALIDAD PREVISTA
Detección inmuno-enzimática de los anticuerpos anti-heparina-PF4.

Nº LOTE
271288

FABRICANTE
DIAGNOSTICA STAGO, Francia.

DISTRIBUIDOR
Diagnostica Stago S.L.U, Plaza Europa 9-11 planta 17 L'hospitalet de Llobregat, 08908 Barcelona.

ASUNTO
Cese de utilización del lote 271288 del kit Asserachrom HPIA debido a un posible defecto de coloración en las tiras del Reactivo 1 que puede causar resultados falsos negativos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.