ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-658	PS/RJC/129914

PRODUCTO

MINOP TROCAR, diámetro exterior 6 mm y 4 canales, del Sistema Modular Neuroendoscópico MINOP.

- Referencia FF399R.
- UDI-DI: 40392390000028743J.

FINALIDAD PREVISTA

Exámenes endoscópicos y terapias en el sistema nervioso central.

Nº LOTE

Fabricados entre el 24 de abril de 2023 y el 20 de noviembre de 2025.
La empresa comunicará a cada centro los lotes afectados.

FABRICANTE

Aesculap AG, Alemania.

DISTRIBUIDOR

B.BRAUN SURGICAL, S.A. Ctra. Terrassa, 121, 08191 Rubí, Barcelona.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados trocares MINOP, debido a que cuando se conectan con los neuroendoscopios MINOP de 0° y de 30°, podrían provocar una restricción del campo de visión.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.