MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-662	PS/PL/130709

PRODUCTO
PALACOS pro y COPAL pro.
Ver nombres del producto y números de material afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Cemento óseo de polimetacrilato (PMMA) previsto para el anclaje estable de endoprótesis articulares totales o parciales en hueso vivo.

FABRICANTE
Heraeus Medical GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Heraeus Medical GmbH, Alemania.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización de las Instrucciones de Uso relacionadas con los sistemas PALACOS pro y COPAL pro, debido a la posibilidad de que no se consigan abrir las ampollas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: TZC4LPY9D65ZFZKQ6B7D**
Fecha de la firma: 19/12/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89