ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-665	PS/SSP/130605

PRODUCTO
Jeringa de 10 ml L/L de 3 partes con émbolo rojo. Código 2313673-00.
Incluidas en varias bandejas para procedimientos de Mölnlycke.
Ver tabla de productos, catálogos y lotes afectados en el apéndice 1 de la nota de aviso de la empresa.

Nº LOTE
Ver lotes afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Mölnlycke Health Care AB, Suecia.

DISTRIBUIDOR
Mölnlycke CSC España, Quintanavides, 17, edificio 3, Fuencarral-El Pardo, 28050 Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas bandejas para procedimientos de Mölnlycke que incluyen jeringas de 10 ml L/L de 3 partes con émbolo rojo, código 2313673-00, debido a que podrían estar contaminadas con partículas no detectables.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.