ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-002	PS/PRV/130876

PRODUCTO
Sistemas de Rayos X Philips Allura Xper y Allura CV20 con sistema de refrigeración Laird.
Ver números de modelo afectados en el apéndice A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Philips Medical Systems Nederland BV, Países Bajos.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados modelos de los sistemas de Rayos X Philips Allura Xper y Allura CV20 con sistema de refrigeración Laird, debido a la posibilidad de que el líquido refrigerante entre en contacto con componentes eléctricos causando un apagado del sistema o eventos térmicos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: J7Y4FFG89WJATSMVNF1C**
Fecha de la firma: 08/01/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es