MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-015	PS/SSP/130997

PRODUCTO
Mint Lesion
Ver UDI-DI afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Software de visualización de imágenes radiológicas.

VERSION SOFTWARE
Desde la 3.4.0 hasta la 3.11.1.

FABRICANTE
Mint Medical GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Mint Medical GmbH, Kurfürsten-Anlage 21, 69115 Heidelberg, Alemania.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el software para diagnóstico radiológico Mint Lesion, con versiones desde la 3.4.0 hasta la 3.11.1, debido a que, si la conexión entre la estación de trabajo mint Lesion y el servidor mint Lesion se interrumpe mientras se realiza una lectura, puede perderse cierta información o vincularse incorrectamente a otros pacientes.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notificaPS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 6CV3X5NL7YN37TXHX771**
Fecha de la firma: 15/01/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89