ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-024	PS/PRV/131039

PRODUCTO
Aguja desechable de calibre 9 del sistema de biopsia de mama Brevera. Referencia: BREVDISP09. UDI: 15420045512863

FINALIDAD DE USO
Obtención de muestras de tejido mamario con fines diagnósticos en casos de anomalías mamarias.

FABRICANTE
Hologic Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Hologic Iberia S.L., Calle Arequipa 1, Edificio Mar de Cristal, 28043 Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización de las agujas desechables de calibre 9 del sistema de biopsia de mama Brevera, debido a que existe el riesgo de que se desprendan partículas de metal y plástico durante su uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.