ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-026	PS/MBF/131260

PRODUCTO
25GA ACTU8 Forceps ILM. Referencia: VS0744.25
25GA ACTU8 Forceps ILM - Myopic. Referencia: VS0744.25-35

FINALIDAD PREVISTA
Instrumentos de un solo uso para cirugía oftalmológica en procedimientos del segmento posterior.

Nº LOTE
2410021 y 2410059

FABRICANTE
Vortex Surgical Inc, Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
Medicontur AVI, Calle Polo Sur 1, 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).

ASUNTO
Retirada del mercado de los lotes 2410021 y 2410059 de los productos 25GA ACTU8 Forceps ILM y 25GA ACTU8 Forceps ILM – Myopic respectivamente, debido a la posible presencia de imperfecciones en el sellado de las bolsas de Tyvek que los contienen, lo que podría comprometer la barrera estéril del producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.