ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-028	PS/SSP/131824

PRODUCTO

- 2.5 Tornillo TriLock 16mm, HD7, 1/c.u. Nº de pieza A-5750.16/1. UDI-DI 07630037882053.
- 2.8 Tornillo TriLock 16mm, HD7, 1/c.u. Nº de pieza A-5850.16/1. UDI-DI 07630037802167.

FINALIDAD PREVISTA

Sistema de fijación para fracturas, osteotomías y artrodesis.

Nº LOTE

25472432 (A-5750.16/1) y 25467933 (A-5850.16/1).

FABRICANTE

Medartis AG, Suiza.

DISTRIBUIDOR

Medartis GmbH. Am Gansacker 10 79224 Umkirch, Alemania.

ASUNTO

Cese de utilización de determinados tornillos de Medartis, debida a que el diámetro del tornillo no se corresponde con el indicado en la etiqueta del embalaje.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.