ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-037	PS/AVG/132512

PRODUCTO
Bolsa para la sonda de visión del sistema Ion Endoluminal. Número de producto: 490127. UDI: 00886874119594.

FINALIDAD PREVISTA
Accesorio estéril de un solo uso que se emplea con el sistema Ion Endoluminal. El sistema Ion Endoluminal permite realizar biopsias pulmonares periféricas mínimamente invasivas

Nº LOTE
DM01240116, DM01242617, DM01243720, DM01244035, DM01244421.

FABRICANTE
Intuitive Surgical, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
ABEX Excelencia Robótica S.L. Calle de Proción, Nº 1, Planta 0 – Oficina C, Moncloa - Aravaca, 28023 Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas bolsas para la sonda de visión del sistema Ion Endoluminal, debido a la posibilidad de que el sellado del envase estéril pueda estar incompleto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: DBALC9GZ88ET2Y54WEA4**
Fecha de la firma: 27/01/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es