MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-058	PS/MAM/132306

PRODUCTO
Vaina exterior de cistoscopio láser Olympus 22,5 Fr.
Referencia: WA22810A. UDI-DI: 04042761051729.

FINALIDAD PREVISTA
Para el diagnóstico y tratamiento endoscópico en aplicaciones urológicas.

FABRICANTE
Olympus Winter & Ibe GmbH. Alemania.

DISTRIBUIDOR
OLYMPUS IBERIA, S.A.U. Pl. Europa, 10.08902, L´Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

ASUNTO
Cese de utilización y retirada del mercado de la vaina exterior de citoscopio láser Olympus 22,5 Fr, referencia WA22810A, debido a la posibilidad de que la punta de la vaina pueda dañarse y/o sobrecalentarse al utilizarse con cualquier tipo de láser GreenLight para el tratamiento de la Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP).

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notificaPS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: VMC9TEZFX7RFZE924C9E**
Fecha de la firma: 06/02/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89