DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-080	PS/MBF/133317

PRODUCTO
Vantage Galan y Vantage Titan. Modelos: MRT-3020 y MRT-3010 respectivamente.

FINALIDAD PREVISTA
Equipos de diagnóstico médico por imagen.

Nº SERIE
La empresa incluirá los números de serie afectados en la nota de aviso que remita a cada centro afectado.

FABRICANTE
Canon Medical Systems Corporation, Japón.

DISTRIBUIDOR
Canon Medical Systems S.A., Camino de la Zarzuela, 19, 3a planta, 28023 Aravaca-Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de serie de los equipos Vantage Galan y Vantage Titan, modelos MRT-3020 y MRT-3010, debido a la posible formación de hielo dentro del imán superconductor causada por una posible fuga de gas refrigerante.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: KDH2N2TAPMCS52W23442**
Fecha de la firma: 17/02/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89