DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-088	PS/SSP/133120
PRODUCTO Imipenem 10 µg IPM10, modelo 065048L.	
FINALIDAD PREVISTA Discos de sensibilidad antimicrobiana.	
Nº LOTE Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Liofilchem srl, Italia.	
DISTRIBUIDOR Intelligence Artificielle Applications (i2a), avenida de Walhalla 401, Parc Eurêka, 34000, Montpellier.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados lotes de los discos Imipenem 10 µg (IPM10), debido a la posibilidad de obtener un diámetro de zona por debajo del rango de control de calidad durante la vida útil del producto.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 9ZALD54F4KZM2HAVWDA8**
Fecha de la firma: 20/02/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89