ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-090	PS/MBF/133107

PRODUCTO
Centricity Universal Viewer Zero Footprint Client.

FINALIDAD PREVISTA
Software para facilitar la revisión y acceso a imágenes e informes con fines de diagnóstico por parte de los profesionales sanitarios, independientemente de su ubicación.

VERSION SOFTWARE
v6.0: SP11.6, SP11.6.0.1 y SP11.6.1

FABRICANTE
GE Healthcare, Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
- General Electric Healthcare España, S.A. Calle Gobelas, 35–37 - 28023 Madrid.
- Informática y Equipamiento Médico de Canarias. Calle los Pobres, 85B – 38280 Tegueste (Santa Cruz de Tenerife).

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas versiones de software del visor Centricity Universal Viewer Zero Footprint Client que tienen instalada la Patient Timeline debido a la posibilidad de que la información de paciente mostrada no coincida con las imágenes visualizadas, pudiendo causar retrasos en el tratamiento y/o diagnóstico del paciente o acciones de tratamiento inadecuadas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: EWT1T91D1TFZM4LEW8C6**
Fecha de la firma: 23/02/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89