# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2026-093 | PS/MAM/131067 |

**PRODUCTO**
Tubos BiPAP de dispositivos de circuitos de anestesia, sistemas CPAP y circuitos de ventilación para dispositivos de ventilación no invasiva AquaVENT.
Ver códigos de producto afectados en la nota de aviso de la empresa.

**Nº LOTE**
Ver n$^{os}$ de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

**FABRICANTE**
Armstrong Medical Ltd. Reino Unido.

**DISTRIBUIDOR**
Martin Vecino S.L. P.I. Cobo Calleja C/ León Nº 80. 28940, Fuenlabrada. Madrid.

**ASUNTO**
Retirada del mercado de determinados tubos BiPAP debido a un defecto de fabricación que produce agujeros y desgarros entre el tubo y el conector de brazalete morado.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)** **CSV: J9HD3SEJVBDC35GHX548**
**Fecha de la firma: 25/02/2026**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89