MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-097	PS/MJF/133127

PRODUCTO
Vástago metacarpiano MAIA T8s, Referencia: M100 0018.

FINALIDAD PREVISTA
Forma parte de la prótesis trapeciometacarpiana MAIA, indicada para sustituir la articulación trapeciometacarpiana.

Nº LOTE
275277600

FABRICANTE
Groupe Lepine, Francia.

DISTRIBUIDOR
- Lepine Ibérica Groupe Lepine S.L., José Joaquín Tadeo Murguia 3 y 5 Bajo. 20304 Irún, Guipúzcoa.
- Medcomtech; C/ Antonio Machado, 78-80. 08840 Viladecans, Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 275277600 del vástago metacarpiano MAIA T8s, referencia M100 0018, debido a la posibilidad de que no se pueda realizar el ensamblaje del cuello con el vástago metacarpiano.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 75273NG75NMLVR39F153**
Fecha de la firma: 03/03/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89