ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-098	PS/AVG/134053

PRODUCTO
Sistema Imactis CT-Navigation.

FINALIDAD PREVISTA
Accesorio estereotáxico para sistemas de tomografía computerizada (TC).

FABRICANTE
IMACTIS SAS, Francia.

DISTRIBUIDOR
GE HealthCare España S.A. Calle Gobelas, 35-37, Moncloa - Aravaca, 28023 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas Imactis CT-Navigation, debido a la posibilidad de que exista una discrepancia entre la trayectoria o posición simulada de la aguja y su trayectoria o posición real cuando se utilizan agujas con mangos o casquillos metálicos y dichos elementos se aproximan al portaagujas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: JWCK7JHWWJZPVWA4LD74**
Fecha de la firma: 03/03/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es