MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-100	PS/VBR/133537

PRODUCTO

Cables DVI para monitores Qube o Xprezzon:

- Cable, DVI-I a DVI-I, M/M 1,8 m (6 pies). Referencia: 012-0895-01.
- Cable, DVI-I a DVI-I, M/M 3,6 m (12 pies). Referencia: 012-0895-12.
- Cable, DVI-I a DVI-I, M/M 0,4 m (16 pulgadas). Referencia: 012-0893-01.

FINALIDAD PREVISTA

Cable DVI que se utiliza para conectar el monitor Qube (Referencia 91390) o Xprezzon (Referencia 91393) a las pantallas 94267-19, 94267-L19, 94267-L17 y 94267-L15 que transmite las formas de onda de los parámetros clínicos y proporciona anuncios de alarma visuales y audibles entre los monitores Qube y Xprezzon y las pantallas.

FABRICANTE

Spacelabs Healthcare, Inc., Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR

Prhoinsa. Calle Jose Abascal 55, 28003, Madrid.

ASUNTO

Cese de utilización de determinados cables DVI para monitores Qube o Xprezzon debido a la posibilidad de que exista un blindaje electromagnético inadecuado, lo que podría interferir con el funcionamiento de otros dispositivos médicos sensibles a la electricidad.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: MTAYV28HJ9D418SZZD1B**
Fecha de la firma: 04/03/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89