MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-102	PS/PRV/134410

PRODUCTO
Tornillo sin cabeza DARCO de 7,0 mm 16x60 del sistema DARCO Pie y Tobillo Estéril, referencia: DCS01660

FINALIDAD PREVISTA
Fijación de fracturas óseas o reconstrucción ósea de huesos del pie.

Nº LOTE
1760715

FABRICANTE
Stryker Trauma GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Stryker Iberia SL. C/ Sepúlveda 17. 28108, Alcobendas, Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 1760715 del tornillo sin cabeza DARCO de 7,0 mm 16x60, referencia DCS01660, debido que fue fabricado con la cánula obstruida.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: TZJNJX8B572AAM458957**
Fecha de la firma: 05/03/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89