ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-103	PS/RJC/134446

PRODUCTO

- KIT Cortisol RIA. Referencia: IM1841.
- Cortisol Sensitive RIA. Referencia: C23117.

Ver UDI en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA

Medición cuantitativa de cortisol en suero, plasma y orina humanos.

Nº LOTE

- Referencia IM1841: Lotes 260107CS, 260107DS y 260202CS
- Referencia C23117: Lotes 260107CS y 260202CS

FABRICANTE

Immunotech s.r.o., República Checa.

DISTRIBUIDOR

DIAsource ImmunoAssays SA, Rue Du Bosquet 2, 1348 Louvain-La-Neuve, Bélgica.

ASUNTO

Cese de utilización de determinados lotes de los kits Cortisol RIA y Cortisol Sensitive RIA debido a que los resultados de los ensayos podrían estar falsamente aumentados y revisión de los resultados anteriores.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.