ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-104	PS/AVG/134408

PRODUCTO
Consola CUSA Clarity C7000. UDI: 10381780126232.

FINALIDAD PREVISTA
Para usarse en procedimientos quirúrgicos donde se desea la fragmentación, emulsificación y aspiración de tejidos blandos y duros.

Nº SERIE
Ver n^{os} de serie afectados en el apéndice 1 de la nota de aviso de la empresa.

VERSION SOFTWARE
2.1.1.909

FABRICANTE
Integra LifeSciences (Ireland) Limited, Irlanda.

DISTRIBUIDOR
Prim, S.A. Avenida del Llano Castellano, 43, Planta 3, 28034, Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con la versión de software 2.1.1.909 de las consolas CUSA Clarity C7000, debido a la posibilidad de que la pantalla táctil no responda.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.